**ООО НПФ «Сенсорика» (Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Сенсорика»)**

*полное и краткое наименование организации-поверителя*

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц **RA.RU.314802**

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 003.1553953

Действительно до **01.07.2027**

**Средство измерений**

наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

Термопреобразователи сопротивления; ТП-9201, ТМ-9201; ТМ-9201-АС-02; Рег. № 48114-11

**Заводской (серийный) номер** 07250004

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

**В составе**

**Поверено**

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

Температура в диапазоне от -50 до +160 градусов Цельсия

**В соответствии с** МП 207-078-2024

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

**С применением эталонов**

регистрационный номер эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или) средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

Рег. № 19736-11; Эталон рег.№ 19736-11
Рег. № 32777-06; Эталон рег.№ 32777-06
Рег. №56407-14; Зав. № 37900564
Рег. №75974-19; Зав. № 2357116884
Рег. №53505-13; Зав. № 39523183/912
Рег. №33744-07; Зав. № 1198
Рег. №25916-03; Зав. № 155

**При следующих значениях влияющих факторов**

Температура 24,2 С; Влажность 52,0 %; Давление 97,28 кПа

*перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений*

**И на основании результатов первичной поверки признано пригодным к применению.**

**Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ в ОИАЭ:**
https://fif.atomstandard.ru/atom/?CLASS_ID=atVerifyObjView&MODEL_ID=atVerif&OBJECT_ID=1553953

**Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ в ОИАЭ:** 1553953

**Поверитель** Смирнов Никита Владимирович

фамилия, инициалы

**Знак поверки** 2 ГЛН 5

**ИО главного метролога** — должность руководителя или другого уполномоченного лица

подпись

**Новикова А.В.** — фамилия, инициалы

Дата поверки 02.07.2025