ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 97331-25

Срок действия утверждения типа до **24 декабря 2030 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Термопреобразователи универсальные ТПУ-9201

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Сенсорика» (ООО НПФ «Сенсорика»), г. Екатеринбург

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Сенсорика» (ООО НПФ «Сенсорика»), г. Екатеринбург

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
РТ-МП-951-207-2025

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **3 года - для термопреобразователей с ТП с верхним пределом диапазона измерений до 300 °С включ.;**
2 года - для термопреобразователей с ТС и для термопреобразователей с ТП с верхним пределом диапазона измерений св. 300 °С до 800 °С включ.;
1 год - для термопреобразователей с ТП с верхним пределом диапазона измерений св. 800 °С

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии **от 24 декабря 2025 г. N 2841.**

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 7B1801563EA497F787EAF40A918A8D6F
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 19.05.2025 до 12.08.2026

Е.Р.Лазаренко

«13» января 2026 г.