рег. № 48114-11


ООО НПФ «Сенсорика»

ПРИЕМНИК ТЕРМОМЕТРА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПС - 1

ТУ 4211-015-12296299-2014

ЭТИКЕТКА

1. Основные технические характеристики

1.1. Рабочий диапазон, º С:	от - 70 до + 150
1.2. Сопротивление при 0 º С, Ом	90,1±0,15
1.3 Сопротивление при 100 º С, Ом	129,80±0,44
1.4 Количество чувствительных элементов:	1
1.5. Условное давление измеряемой среды (Ру) по ГОСТ 356, МПа, не более:	4,0
1.6. Величина измерительного тока, мА, не более	10
1.7. Условное обозначение схемы внутренних соединений	
1.8. Длина наружной части, мм:	112,5
1.9. Диаметр защитной арматуры, мм:	7,7
1.10. Материал монтажной части защитной арматуры:	12Х18Н10Т
1.11. Способ крепления	штуцер М16х1.5
1.12 Тип разъема:	2РМДТ18Б4Ш5В1В

2. Комплектность

В комплект поставки входят:	
Приемник термометра сопротивления	1 шт.
Паспорт	1 экз.

3. Свидетельство о приемке

Приемники термометра сопротивления ПС – 1 зав. № 2572 соответствуют комплекту конструкторской документации и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска (месяц): 08.2026 г.

М.П. Подпись лиц, ответственных за приемку _____/Белов К.В.

Контролер ОТК _____/Горохова Н.А.

4. Гарантии изготовителя

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки

4.2 Гарантийный срок эксплуатации - 10 лет (в том числе срок хранения).

4.3 Гарантийная наработка - 50000 часов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

4.4 Гарантийный срок хранения - шесть лет.

Изготовитель: 620062, г. Екатеринбург, а/я 84,
Научно-производственная фирма «Сенсорика»
Тел. (343) 287-00-80

ООО НПФ «Сенсорика»


рег. № 48114-11

ПРИЕМНИК ТЕРМОМЕТРА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПС – 1

ТУ 4211-015-12296299-2014

ЭТИКЕТКА

1. Основные технические характеристики

1.1. Рабочий диапазон, ° С:	от - 70 до + 150
1.2. Сопротивление при 0 ° С, Ом	90,1±0,15
1.3 Сопротивление при 100 ° С, Ом	129,80±0,44
1.4 Количество чувствительных элементов:	1
1.5. Условное давление измеряемой среды (Ру) по ГОСТ 356, МПа, не более:	4,0
1.6. Величина измерительного тока, мА, не более	10
1.7. Условное обозначение схемы внутренних соединений	
1.8. Длина наружной части, мм:	112,5
1.9. Диаметр защитной арматуры, мм:	7,7
1.10. Материал монтажной части защитной арматуры:	12Х18Н10Т
1.11. Способ крепления	штуцер М16х1.5
1.12 Тип разъема:	2РМДТ18Б4Ш5В1В

2. Комплектность

В комплект поставки входят:	
Приемник термометра сопротивления	1 шт.
Паспорт	1 экз.

3. Свидетельство о приемке

Приемники термометра сопротивления ПС – 1 зав. № 2573

соответствуют комплекту конструкторской документации и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска (месяц): 08.2026 г.

М.П. Подпись лиц, ответственных
за приемку _____/Белов К.В.

Контролер ОТК _____/Горохова Н.А.

4. Гарантии изготовителя

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки

4.2 Гарантийный срок эксплуатации - 10 лет (в том числе срок хранения).

4.3 Гарантийная наработка - 50000 часов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

4.4 Гарантийный срок хранения - шесть лет.

Изготовитель: 620062, г. Екатеринбург, а/я 84,
Научно-производственная фирма «Сенсорика»
Тел. (343) 287-00-80