ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РАБОТЫ И(ИЛИ) ОКАЗЫВАЮЩИЙ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "СЕНСОРИКА"

наименование

RA.RU.314802

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. **РОССИЯ, Свердловская область, 620133, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, соор. 31, литер Б, 4 этаж, к.516.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

102-ФЗ Об обеспечении единства измерений. 102-ФЗ

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

РОССИЯ, Свердловская область, 620133, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, соор. 31, литер Б, 4 этаж, к.516.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2. Поверка средств измерений (ГЛН)					
2.1.	Теплофизические и температурные измерения;	Термопреобразователи (термометры) сопротивления;	(-196...+500) °C	Погрешность: Класс допуска AA, A, B, C;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.2.	Теплофизические и температурные измерения;	Преобразователи термоэлектрические ;	(-40...+1200) °С	Погрешность: Класс допуска 1, 2, 3;	-
2.3.	Измерения электрических и магнитных величин;	Преобразователи измерительные, регистраторы, измерители-регуляторы ;	(-20...+20) мА (-1...+1) В (0...400) Ом В температурном эквиваленте: (-200...+2500) °С	Погрешность: ±(0,1…0,5) %;	-

Директор | Подписано электронной подписью | А.В. Бухнер

должность уполномоченного лица | подпись уполномоченного лица | инициалы, фамилия уполномоченного лица